

Advertencias importantes

Mantenga siempre una mano sobre la barandilla para subir o bajar una escalera.
Si utiliza unas escaleras sin barandilla, hágalo con extrema prudencia.

No utilice en ningún caso para otro uso: atrapar, levantar o desplazar objetos.

Mantenimiento y cuidados

Mantenimiento
Si se soltara o desajustara un elemento del dispositivo, diríjase a un distribuidor especializado o a un profesional de la salud.
En caso de necesidad, podrá encontrar piezas de recambio y accesorios originales en su distribuidor especializado para el conjunto de productos Thasne.

Cuidados
Limpie con un detergente y un paño suave.
No llimpe nunca la empuñadura o la contera con sustancias oleosas para evitar resbalones.
Si fuer necesario, emplee un desinfectante de superficies suave o alcohol de 70%.

Almacenamiento

Guarde a temperatura ambiente.

Eliminación

Elimine conforme a la reglamentación local vigente.

Conserve estas instrucciones.

VYCHÁZKOVÁ HŮL S ANATOMICKOU RUKOJETÍ SOFT WALK

Popis/Použití
Hůl a pouzdro.
Pomůcka umožňuje osobám s dočasnou nebo trvale sníženou hybností usnadnit pohyb tím, že jim poskytuje dodatečný opěrný bod. Lze používat uvnitř i venku.

Hlavní části
Trubky: hliník.
Rukojet: poliamid.
Nášadec: kaučuk.
Poutko: nylon.

Indikace

Pooperácia a použávacia opora.

Slabosť, nervová slabosť, poruchy/ onemocnenia, nestabilita, ztráta rovnováhy, artróza dolních končetín.

Degeneratívny onemocnení dolní končetiny.

Kontraindikace

Nepoužívať u pacientov, ktorí väž pries 130 kg.

Výrobek nepoužívejte, pokud máte prokázanou alergii na některou složku výrobku.

Upozornení

Důležitá upozornění

Před každým použitím zkontrolujte, že je pomůcka neporušená.

Poškozenou pomůcku nepoužívejte.

Nastavenou pomůcku a první použití by mělo proběhnout za přítomnosti lékaře.

Ridete na výšku, který vám pomůcka předepsal nebo vydal, a obrátte se na něj v případě pochybností.

Před každým použitím produktu ověřte, že je stabilita a pevnost.

Při viditelném poškození nebo výrazném opotrebení násadce kontaktujte specializovaného prodejce nebo lékaře, aby násadec vyměnil.

Neprovádějte žádné mechanické změny pomůcky, protože v takovém případě nelze zaručit její bezpečnost.

Je možné použít pouze náhradní díly a originální doplňky.

Dbejte zvýšené opatrnosti při používání pomůcek na kluzkých površích (mokré, zasolené, namrzlé povrch, mokrá dlažba...), nerovných površích nebo méně stabilních površích (štěrk, písek, listí...).

Nevystavujte dlouhodobě slunečnímu záření.

Nezádoucí vedlejší účinky

• Riziko svalové únavy, zánětu nebo úrazu, v případě špatného používání nebo nadužívání pomůcky nebo špatně nastavené výšky; kožní reakce (zardnutí, svědění, spáleniny, puchýře...) nebo rány různé závažnosti, zatěž ramenního klubku, bolest ruky, zápešti, předlokti nebo paže (biceps, hematomy, modřiny...).

• Riziko ztráty rovnováhy nebo pádu, který může způsobit vážná zranění.

Dojde-li k souvislosti s touto pomůckou k závažnému incidentu, je nutné o tom informovat výrobce a příslušné úřady členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient žije.

Návod k použití

Orienterační výška užívatele: 142 až 182 cm.

Nastavení výšky hole závisí na výšce pacienta, přičemž pokud je nastavení špatné, může dojít k omezení funkcií pomůcky a používání může být pro uživatele příliš namáhavé.

Nastavení výšky hole:

Při upravení výšky, když drží pacient hůl ve stoju ve svíslé pozici a ruku má na rukojeti, musí být paže v pokrčení 30°.

Rukojet by měla být ve výše odpovídající zhruba výšce ohybu zápešti, když má uživatel paže podél těla a na nohou má boty, které bežně nosí (Obr. A).

Nastavení tláčitkem: stiskněte tláčítka a zároveň zatáhněte za trubku a nastavte výšku hole.

Poté hůl postupně zapřete o zem a zkontrolujte, že je správně ustanovená.

Použití:

Při chůzi položte hůl tak, aby byla v co nejvícejší poloze.

Hůl se musí pokládat 5 až 10 cm do strany a přibližně 15 cm před chodidlem.

Při používání se pevně držte madla pomůcky.

V případě pádu: nechte hůl spadnout do strany, abyste nespadli na ni.

Důležitá upozornění

Při chůzi po schodů se vždy jednou rukou držte zábradlí.

Při chůzi po schodech bez zábradlí dbejte maximální opatrnosti.

Nikdy nepoužívejte k jinému účelu: chytání, zvedání nebo přenášení věcí.

Údržba a čištění

Údržba

Pokud se z pomůcky utrhá nebo uvolní součástka, obrátte se k specializovanému prodejci nebo lékaři. V případě potřeby jsou náhradní díly nebo originální doplňky k dostání u specializovaného prodejce produktu Thasne.

Cíštění

Cistěte jemným hadříkem s čisticím prostředkem.

Násadec ani rukojet nikdy nečistěte mastnými prostředky, protože hrozí riziko uklouznutí.

Je-li to nutné, použijte jemný cíštič k povrchu nebo 70% alkohol.

Skladování

Skladujte při pokojové teplotě.

Likvidace

Likvidujte v souladu s místními právními předpisy.

Tento návod si uschovejte.

LASKA LUKSUSOWA Z RĘKOJEŚCIĄ ANATOMICZNĄ SOFT WALK

Opis/Przeznaczenie
Laska i pasek zabezpieczający.
Wyrób utrzymuje przemieszczanie się osobom o tymczasowej lub stale ograniczonej zdolności poruszania się, stując jako dodatkowy punkt podparcia. Można go wykorzystywać na zewnątrz oraz wewnętrznie pomieszczeń.

Główne elementy składowe
Rurki nogi: aluminium.
Rukojeć: poliamid.
Nasadka: kaučuk.
Pasek zabezpieczający: nylon.

Wskazania
Podparcie pooperacyjne i powrazowe.
Osfabienie, zaburzenia/choroby nerwowo-mięśniowe, niestabilność, utrata równowagi, choroba zwycziodnienna stawów kończyn dolnych.
Choroby zwycziodniennie kończyn dolnych.

Przeciwwskazania
Produkt nieodpowiedni dla pacjentów o masie > 130 kg.
Nie stosować w przypadku stwierdzonej alergii na jeden ze składników.

Konieczne środki ostrożności
Waźne ostrzeżenia
Przed każdym użyciem sprawdzić, czy wyrób jest w należytym stanie.
Nie używać wyróbu, jeśli jest uszkodzony.
Zaleca się, aby regulacja wyróbu została przeprowadzona przez pracownika służby zdrowia, a pierwsze zastosowanie przebiegało pod jego nadzorem.

Stosować się do zaleceń pracownika służby zdrowia, który przepisał lub dostarczył ten produkt, a w razie wątpliwości skonsultować się z nim.
Przed każdorazowym użyciem należy sprawdzić, czy produkt jest stabilny i sztywny.
W razie widocznego uszkodzenia lub znacznego zużycia nasadki należy skontaktować się z wyspecjalizowanym sprzedawcą lub pracownikiem służby zdrowia w celu naprawy.

Nie należy dokonywać jakichkolwiek przekreślania mechanicznych wyróbu, ponieważ w takiej sytuacji nie można gwarantować jego bezpieczeństwa. Wykorzystywać należy tylko oryginalne części zamienne i akcesoria.

Wyrób należy użytkować z zachowaniem ostrożności na powierzchniach śliskich (podłoga mokre, zaśniezione, obłożone, wilgotne płytki...), nierównych lub mniej stabilnych (zwierzęta, piasek, liście...).
Nie wystawiać długotrwałego na oddziaływanie promieni słonecznych.

Niepożądane skutki uboczne

- Zagrożenie wystąpienia zmęczenia mięśniowego, stanu zapalnego lub zranień; w przypadku niewłaściwego lub nadmiernego użycowania wyróbu, a także w przypadku niewłaściwej regulacji jego wysokości: reakcje skórne (zaczepienia, świecenia, oparzenia, puchyfry...) lub skaleczanie różnego stopnia, przeciążenie stawu barkowego, rany, dłoń, dłoń, przedramiona lub ramienia (biceps), kruwaki, krwawa wyborczy...

- Rzygko utraty równowagi i ludapku, mogących skutkować poważnymi zranieniami.

Każdy poważny incydent związany z wyrókiem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Sposób użycia

Przybliżony wzrost użytkownika: 142-182 cm.

Dopuszczanie wysokości laski musi być dokonane z uwzględnieniem wzrostu pacjenta, a niewłaściwa regulacja może ograniczyć jej przydatność i prowadzić do zbyt dużego wysiłku ze strony użytkownika.

Regulacja wysokości laski:

Po dokonaniu regulacji, kiedy pacjent stoi prosto z dlonią na rękojeści, jego ramię musi być nachylone pod kątem 30°.

Góra części rękojeści powinna się znajdować mniej więcej na wysokości zgięcia nadgarstka, kiedy pacjent ma ramiona wzdłuż ciała i nosi to obuwie, co zazwyczaj (rys. A).

Regulacja z użyciem przycisku: naciśnij przycisk, pociągając w tym samym czasie za nogę laski, by wyregulować jej wysokość.

Należy się upewnić, że laska została odpowiednio zablokowana w danym położeniu, opierając się na niej oraz mocniej o podłożę.

Użycowanie

Począwszy od chodzenia laska należy stawać możliwie najdalej pionowo.

Laske należy stawić z boku ciała w odległości 5-10 cm oraz około 15 cm przed stopą.

W trakcie użycowania laski całkowicie i pewnie zaciśnąć dłoń na rękojeści wyróbu.

W razie upadku: odrzucić laskę na bok, aby na nią nie upać.

Waźne ostrzeżenia

W trakcie wchodzenia lub schodzenia po schodach należy zawsze trzymać rękę na poręczy.

Na schody niewyspane w poręcz należy wchodzić z zachowaniem wyjątkowej ostrożności.

Wyrób w żadnym wypadku nie wolno wykorzystywać w celu niezgodnym z przeznaczeniem: do chwytania, podnoszenia lub przemieszczania przedmiotów.

Konservacja i utrzymanie

W przypadku odzepienia się jednego z elementów od wyróbu lub jego rozregulowania należy skontaktować się z wyspecjalizowanym sprzedawcą lub pracownikiem służby zdrowia.

W razie potrzeby wyspecjalizowany sprzedawca dysponuje oryginalnymi częściami zamienymi i akcesoriami do całego asortymentu produktów Thasne.

Utrzymanie

Czyścić za pomocą miękkiej szmatki i detergentu.

Nigdy nie czyścić rękojeści lub nasadki z użyciem substancji oleistych, co mogłoby prowadzić do poślizgnięcia.

W razie konieczności należy użyć łagodnego środka do dezynfekcji lub alkoholu o stężeniu 70%.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Utylizacja

Utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Zachować te instrukcje.

EXKLUZÍVNA VYCHÁDKOVÁ PALICA SOFT WALK S ANATOMICKÝM TVAROVANOU MÄKKOU RUKOVÄŤOU


Popis/Použitie
Barla a pútko.
Pomôcka umožňuje osobám s dočasne alebo trvalo zniženou mobilitou uľahčiť presun za pomocou dodatočnej podpory. Hudnána na použitie v interiéri a exteriéri.

Základná časť

Konštrukcia: hliník.
Rukojeť: poliamid.
Nášadec: guma.
Pútko: nylon.

Indikácia

Pooperácia a



fr CANNE LUXE À POIGNÉE ANATOMIQUE SOFT WALK

Description/Destination

Canne et dragonne.
Le dispositif permet aux personnes à mobilité réduite, temporaire ou permanente, de faciliter leurs déplacements en leur apportant un point d'appui supplémentaire. Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.

Principaux composants

Tubes : aluminium.
Poignée : polyamide.
Embout : caoutchouc.
Dragonne : nylon.

Indications

Soutien post-opératoire et post-traumatique.
Faiblesse, troubles/affections neuromusculaires, instabilité, perte d'équilibre, arthrose des membres inférieurs.

Contre-indications

Ne convient pas aux patients dont le poids est > 130 kg.
Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants.

Précautions

Avertissements importants

Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation.
Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.

Il est recommandé qu'un professionnel de santé effectue la réglage de votre dispositif et supervise la première utilisation.

Suivre les conseils du professionnel de santé qui a prescrit ou délivré le produit et le consulter en cas de doute.
Vérifier avant toute utilisation du produit qu'il est stable et rigide.

Contacter un revendeur spécialisé ou un professionnel de santé en cas de détérioration visible, ou d'usure importante de l'embout afin de remplacer celui-ci.

N'effectuer aucune modification mécanique sur le dispositif, car sa sécurité ne pourrait alors plus être garantie. Seuls des pièces de recharge et des accessoires d'origine peuvent être utilisés.

Utiliser le dispositif avec prudence sur des surfaces glissantes (sols mouillés, enneigés, verglacés, carrelages humides...), sur des surfaces inégales, ou sur des surfaces moins stables (gravier, sable, feuilles...).

Ne pas exposer longuement au rayonnement solaire.

Effets secondaires indésirables

- Risque de fatigue musculaire, d'inflammation ou de blessures, en cas de mauvaise ou surutilisation du dispositif, ou d'un mauvais réglage en hauteur : réactions cutanées (rougeurs, démangeaisons, brûlures, ampoules...) ou plages de sévérités variables, stress articulaire de l'épaule, douleur dans la main, le poignet, l'avant-bras ou le bras (biceps), hématomas, ecchymoses.
- Risque de perte d'équilibre ou de chute, pouvant entraîner des blessures graves.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat Membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Mode d'emploi

Taille indicative utilisateur : de 142 à 182 cm.
L'ajustement de la hauteur d'une canne doit être effectué en fonction de la taille du patient, un mauvais réglage peut en limiter la performance et conduire à un trop grand effort de la part de l'utilisateur.

Réglage en hauteur de la canne :

Après réglage, en position debout et droite, main sur la poignée, le bras de l'utilisateur doit être fléchi à 30°.

Le haut de la poignée doit se trouver approximativement à la hauteur du pli du poignet lorsque l'utilisateur a les bras placés le long du corps, et qu'il porte ses chaussures habituelles (Fig. A).

Réglage par bouton-poussoir : appuyer sur le bouton-poussoir tout en tirant sur le tube pour pouvoir ajuster la hauteur.

S'assurer que la canne est bien bloquée en s'appuyant progressivement sur le sol.

Utilisation : Poser la canne aussi verticalement que possible pendant la marche.

La canne doit être posée de 5 à 10 cm sur le côté, et à environ 15 cm à l'avant du pied.

En cours d'utilisation, enserrer la poignée du dispositif complètement et fermement.

En cas de chute : laisser tomber la canne latéralement afin de ne pas tomber sur elle.

Avertissements importants

Toujours garder une main sur la rampe pour monter ou descendre un escalier.
Nez emprunter les escaliers sans rampe qu'avec une extrême prudence.

Ne pas en aucun cas être utilisé pour un autre usage : attraper, soulever ou déplacer des objets.

Maintenance et entretien

Maintenance : Si un élément s'est détaché ou dérégler sur le dispositif, s'adresser à un revendeur spécialisé ou à un professionnel de santé.

En cas de besoin, des pièces de recharge et des accessoires d'origine sont disponibles auprès de votre revendeur spécialisé pour l'ensemble des produits Thusaes.

Entretien

Nettoyer avec un détergent et un chiffon doux.

Ne jamais nettoyer la poignée ou l'embout avec des substances huileuses, sous peine de risque de glissade.

Si nécessaire, utiliser un désinfectant de surface doux ou de l'alcool à 70%.

Stockage : Stocker à température ambiante.

Élimination : Éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

Premier marquage CE : 2013

Conserver cette notice.

SOFT WALK ANATOMICALLY-SHAPED DELUXE WALKING STICK

Description/Destination : Walking stick and wrist strap.
This device helps temporarily or permanently mobility impaired individuals to maintain their freedom of movement by providing them with an additional point of support. It can be used inside and outside.

Main components

Tubes: aluminium.
Handle: polyamide.
Ferrule: rubber.
Wrist strap: Nylon.

Indications

Post-operative and post-traumatic support.
Muscle weakness, neuromuscular disorders, stability problems, impaired balance, arthritis of the lower limbs.
Degenerative conditions of the lower limbs.

Contraindications

Not suitable for patients weighing > 130 kg.
Do not use in the event of known allergy to any of the components.

Precautions

Important warnings

Verify the product's integrity before every use.

Do not use the device if it is damaged.

It is recommended that a health care professional supervises the first use.
Follow the advice of the health care professional who prescribed or supplied the product and consult them in case of doubt.

Before each use of this product, check that it is stable and rigid.

In case of any visible damage or significant wear of the ferrule, contact a specialized dealer or health care professional to have it replaced.

Do not make any mechanical changes to the device, this could compromise its safety. Only original spare parts and accessories have to be used.
Take care when using the device on slippery surfaces (wet, snow-covered or icy floors or wet tiles, etc.), uneven or unstable surfaces (gravel, sand, leaves, etc.).
Do not leave exposed to direct sunlight for a long period of time.

Undesirable side-effect

- In case of incorrect use or overuse of the device: muscle fatigue, inflammation or injury. In case of incorrect height adjustment: Skin reactions (redness, rashes, irritation, blisters) or wounds of varying severity, shoulder joint strain, pain in the hand, wrist, forearm or arm (biceps), hematomas and bruises, etc.
 - Danger of falling or loss of balance, which can lead to serious injuries.
- Any serious incidents occurring related to the device should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is resident.

Instructions for use

Recommended user height: from 142 to 182 cm.

The height of the walking stick must be adjusted with reference to the height of the patient. Incorrect height adjustment can impair performance and place too much strain on the user.

Walking stick height adjustment:

After adjustment, when standing up straight with one hand on the handle, the user's arm should be bent at an angle of 30°.

The top of the handle must be approximately at the height of the wrist fold when the user's arms are alongside the body, wearing usual shoes (Fig. A).

Adjustment by push-button: press the push-button while pulling the tube in order to adjust the height.

Make sure that the walking stick is locked in position by pressing it with increasing force on the ground.

User:

The walking stick must be placed as vertically as possible on the ground.

The walking stick must be placed between 5 to 10 cm to the side, and approximately 15 cm in front of the foot.

When in use, grasp the handle of the device completely and firmly.

If you fall: let the walking stick slip to the side so that you do not fall on it.

Important warnings

Always keep one hand on the handrail when going up or down stairs.

When it is necessary to take stairs without a handrail, only do so with extreme caution.

Only use the device as intended and not for any other use: pulling, lifting or moving objects.

Maintenance and care

Maintenance

If any part of the device becomes detached or loose, contact a specialized dealer or health care professional. If necessary, replacement parts and original accessories are available from specialized dealers for the whole range of Thusaes products.

Care/Maintenance

Clean with a mild cleaning agent and a soft cloth.

Do not clean the handle or the ferrule with greasy substances, this could create a slip hazard.

If necessary, use a mild contact disinfectant or 70% alcohol.

Storage

Store at room temperature.

Disposal

Dispose in accordance with local regulations.

Keep this instruction leaflet.

LUXUS-GEHSTOCK SOFT WALK MIT ANATOMISCHEM GRIFF

Beschreibung/Zweckbestimmung

Gehstock und Handschlaufe.

Das Produkt ermöglicht Menschen mit zeitweise oder permanent eingeschränkter Mobilität, sich einfacher fortzubewegen, indem es ihnen einen zusätzlichen Abstützpunkt bietet. Es kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich genutzt werden.

Hauptbestandteile

Rohre: Aluminium.

Griff: Polyamid.

Endkappe: Kautschuk.

Handschaufa: Nylon.

Indikationen

Postoperative und posttraumatische Unterstützung.

Schwäche, neuromuskuläre Störungen/Erkrankungen, Instabilität, Gleichgewichtsverlust, Arthrose der unteren Gelenkmäßen.

Degenerative Erkrankungen der unteren Gelenkmäßen.

Gegenanzeigen

Nicht für Patienten mit einem Gewicht > 130 kg geeignet.

Das Produkt bei einer bekannten Allergie gegen einen der Bestandteile nicht anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen

Wichtige Warnungen

Vor jeder Verwendung die Unversehrtheit des Produkts überprüfen.

Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.

Es wird empfohlen, das Produkt von einer medizinischen Fachkraft einzustellen und die erste Anwendung unter ihrer Aufsicht durchzuführen.

Die Anweisungen der medizinischen Fachkraft zu folgen, die das Produkt verschrieben oder ausgegeben hat, und diese im Zweifelsfall konsultieren.

Vor jeder Nutzung des Produkts prüfen, ob es stabil und fest ist.

Im Falle einer sichtbaren Beschädigung oder deutlichen Abnutzung der Endkappe einen Fachhändler oder eine medizinische Fachkraft kontaktieren, um das Teil austauschen zu lassen.

Keine mechanische Veränderung am Produkt durchführen, da seine Sicherheit ansonsten nicht garantiert werden kann. Es dürfen nur Originalersatzteile und Originalzubehör verwendet werden.

Das Produkt auf rutschigen Oberflächen (nasse, schneeebedeckte, vereiste Böden, feuchte Fliesen usw.), auf unebenen Oberflächen oder auf weniger stabilen Oberflächen (Kies, Sand, Blätter usw.) vorsichtig verwenden.

Nicht über einen längeren Zeitraum der Sonneneinstrahlung aussetzen.

Unerwünschte Nebenwirkungen

- Risiko von Muskelermüdung, Entzündungen oder Verletzungen im Falle von falscher oder übermäßiger Nutzung des Produkts oder einer falschen Höhenstellung: Hautreaktionen (Rötungen, Juckreiz, Verbrennungen, Blasen usw.) oder Wunden verschiedenster Schweregrade, Belastung des Schultergelenks, Schmerzen der Hand, des Handgelenks, des Unterarms oder des Arms (Bizeps), Hämatome, blaue Flecken
- Risiko eines Gleichgewichtsverlusts oder Sturzes, der zu schweren Verletzungen führen kann.

Jegliche schweren Zwischenfälle in Verbindung mit diesem Produkt müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, indem der Nutzer und/oder der Patient niedergelassen sind, gemeldet werden.

Gebrauchsanweisung

Empfohlene Körpergröße des Nutzers: 142 bis 182 cm.

Die Höhenstellung eines Gehstocks muss an die Größe des Patienten angepasst werden. Eine unangemessene Einstellung kann die Leistung verringern und eine zu große Anstrengung des Nutzers verursachen.

Höhenstellung des Gehstocks:

Nach Einstellung muss der Arm des Nutzers bei aufrechter und gerader Körperhaltung mit der Hand auf dem Griff zu 30° angehoben sein.

Der höchste Punkt des Griffes muss sich ungefähr auf Höhe der Handgelenksfalte befinden, wenn die Arme nach unten hängen und der Nutzer seine gewöhnlichen Straßenschuhe trägt (Abb. A).

Druckknopfeinstellung: Den Druckknopf eindrücken und gleichzeitig am Rohr ziehen, um die Höhe einzustellen.

Sich erst vorsichtig und dann fester auf den Boden aufzustützen, um sicherzustellen, dass der Gehstock arretiert ist.

Benutzung:

Der Gehstock muss beim Gehen so senkrecht wie möglich aufgesetzt werden.

Der Gehstock muss 5-10 cm neben und ca. 15 cm vor dem Fuß aufgesetzt werden.

Den Griff des Gehstocks bei der Benutzung vollständig und fest umfassen.

Im Fall eines Sturzes: Lassen Sie den Gehstock möglichst seit